



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

ATA DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025

Processo Administrativo Nº 008/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: SERGIO LUIZ VIEIRA

Data de Publicação: 18/03/2025 10:52:21

LOTE 1 - ADJUDICADO - 04/04/2025 10:38:15

Especificações: equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica de vacinas, medicamentos, laboratório, sangue e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 280 litros; - câmara in

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: PROPRIA	Modelo: NI1760/280
Descrição: Especificações: equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica de vacinas, medicamentos, laboratório, sangue e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 280 litros; - câmara interna totalmente construída em aço inoxidável, para perfeita assepsia; - faixa de trabalho de 2°C a 80°C; - temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, ria temperatura de 4°C (sei point); - gabinete externo em chapa de aço, incluindo parte traseira, com pintura eletrostática texturizada com película de proteção anti-riscos, para longa vida útil; - isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento: - porta de vidro com tecnologia anti embaçante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto seio abertura de porta; - fabricado com no mínimo 04 prateleiras removíveis corri trava de segurança lateral ou gavetas, em aço inoxidável para longa vida útil, com ou sem contra portas em acrílico; - difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara; - sistema de refrigeração por compressor hermético ac de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção; - sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para recuperação da temperatura interna em até 15 minutos após abertura da porta; -.sistema (de degelo automático seco com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos ao produto armazenado. - sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal; - exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima, data e hora, carga de bateria, descritos no painel fr. Tensão Elétrica: Bivolt 127V/220V. Luz interna em LED e temporizada, programável no painel.			
Quantidade: 9		Valor Unit.: 14.299,00	Valor Total: 128.691,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NOVA INSTRUMENTOS EQUIPAMENTOS	145	12.561.319/0001-75	40.000,00	14.299,00		Sim
2 VS COSTA E CIA LTDA	451	05.286.960/0001-83	26.886,67	14.300,00	0,01	Sim
3 BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	237	04.470.103/0001-76	26.880,00	16.000,00	11,89	Não
4 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	751	33.613.876/0001-62	26.886,67	16.900,00	5,63	Sim
5 JARAGUA MERCANTIL LTDA - EPP	108	13.390.706/0001-59	26.744,20	18.350,00	8,58	Sim
6 ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO	216	81.618.753/0001-67	25.000,00	25.000,00	36,24	Não
7 ADED CONSULTORIA E SOLUCOES	271	54.237.493/0001-07	26.500,00	26.399,00	5,60	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE**

AUTORIDADE: GÉSIO ANTÔNIO FONSECA DA SILVA